

Nr. crt.	Denumire echipament, specificatii tehnice minime solicitate	Denumire echipament, specificatii tehnice oferate	Cantitate solicitata	Pret unitar fara TVA	Pret unitar cu TVA
1	<p><b>Ecograf portabil.</b></p> <p><u>Specificatii tehnice minime solicitate</u></p> <p>Domenii de aplicare: Abdomen, Piese mici, Vascular, Obstetrică, Ginecologie, Cardiologie, Neurologie, Urologie, Ortopedie.</p> <p>Configuratii de livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 sonda convexa&amp;cardiaca</li> <li>- 1 sonda lineara;</li> <li>- aplicatie software;</li> <li>- tableta (Diagonala afisaj 11", Capacitate de stocare 128GB, Memorie 6GB RAM, Wi-Fi + 4G)</li> </ul> <p>*Vor fi incluse si sonde cu utilizare in pediatrie</p> <p>Pentru ecograf se solicita garantie extinsa de 36 (total) care sa se regaseasca in costul unitar al echipamentului.</p>		21		
2	<p><b>Electrocardiograf</b></p> <p><u>Specificatii tehnice minime solicitate</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevazut cu set de electrozi pediatrici si set de electrozi pentru adulti</li> <li>- Intregistrare si interpretare EKG cu 12 derivatii, soft de interpretare automata</li> <li>- Redarea de rapoarte in urmatoarele formate: XML, PDF, JPG (minim)</li> <li>- Troliu de transport inclus, electrozi pediatrici</li> </ul>		35		
3	<p><b>Defibrilator semiautomat pentru pacienti adulti si pediatrici</b></p>		24		

	<u>Specificatii tehnice minime solicitate</u> - Ghid vocal in limba romana - Prevazut cu un comutator pentru selectarea tipului de pacient (adult, pediatric) Nivelul de energie administrat: - 150 Jouli pentru pacientii adulti - 50 Jouli pentru pacientii pediatrici Acumulator de tip Litiu care permite minim 8 ore de operare in conditii normale, durata de functionare minim 5 ani			
4	<b>Holter TA</b> <u>Specificatii tehnice minime solicitate:</u> - Sistem de înregistrare a tensiunii arteriale bazat pe metoda oscilometrică, - Capabil să monitorizeze pacientul timp de minim 24 de ore - Software pentru descărcare și revizuire examene.		25	
5	<b>Pulsoximetru</b> <u>Specificatii tehnice minime solicitate:</u> - Parametrii monitorizati: PR si SpO2 - Permite stocarea si revizuirea de grupuri de date obtinute de la pacienti adulti, pediatrici si neonatali.		37	
6	<b>Doppler vascular</b> <u>Specificatii tehnice minime solicitate:</u> - Scaner cu ultrasunete de diagnosticare fără fir (wireless) - Minim 128 elemente - Compatibil cu aplicatii: IOS, Android, Windows		30	
7	<b>Doppler fetal</b> <u>Specificatii tehnice minime solicitate:</u> - Conceput ptr gravide pentru monitorizarea batailor inimii fetale incepand cu saptamana 10		26	

8	<p><b>Analizor colesterol, glicemie și hemoglobină</b></p> <p><u>Specificatii tehnice minime solicitate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detectează markeri biochimici și electroliti, în regim de urgență, din sânge integral/ser/plasma</li> <li>- Imprimantă încorporată</li> <li>- Analize efectuate ALB, ALP, ALT, AST, AMY, P-AMY, Ca, CL, CHE, CK, CRP, CREA, GGT, Glu, LAC, LDH, LPS, MG, K, NA, P, TBIL, TBA, TC, TG, TP, Urea, UA, tCO<sub>2</sub>, HDL, α-HBDH, DBIL, LPS, GLOB, LDL, U/C, A/G, Hemoglobină glicată, EGR</li> <li>- Se vor include în preț 2 seturi de consumabile</li> </ul>		33		
9	<p><b>Geanta medicala</b></p> <p><u>Specificatii tehnice minime solicitate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foarfece universal</li> <li>- Mască de față pentru copii</li> <li>- Balon pentru resuscitare din silicon</li> <li>- Deschizator gură</li> <li>- Apasator pentru limba</li> <li>- Butelie de oxigen</li> <li>- Furtun pentru oxigen</li> <li>- Mască adult pentru terapie oxigen</li> <li>- Set de piese tip Guedel- cutie de 10 buc mixate</li> <li>- Stetoscop</li> <li>- Tensiometru</li> <li>- Laringoscop de unică folosință cu 3 lame și maner din plastic</li> </ul>		43		
10	<p><b>Trusă completă mică chirurgie</b></p> <p>Minim 13 piese</p>		42		
11	<p><b>Optotip iluminat pediatric</b></p> <p><u>Specificatii tehnice minime solicitate:</u></p> <p>Caracteristici minime optotip iluminat pediatric:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Model luminos</li> </ul>		33		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distanța de citire: 3 metri</li> <li>- Zona de vizualizare: 24 x 62 cm</li> </ul> <p>Precizăm ca este necesar să se ofereze ambele tipuri de optotip iluminat (adulți și copii)</p>				
	<p><b>Optotip iluminat adulți</b></p> <p><u>Specificatii tehnice minime solicitate:</u></p> <p>Caracteristici minime optotip iluminat adulți:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Model luminos</li> <li>- Distanța de citire: 5 metri</li> <li>- Zona de vizualizare: 24 x 62 cm</li> </ul>		34		
12	<p><b>Cântar pentru adulți omologat</b></p> <p><u>Specificatii tehnice minime solicitate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cantar electronic cu taliometru</li> <li>- Ecran LCD</li> <li>- Suprafata anti-alunecare</li> <li>- Greutate maxima: 200 kg</li> </ul>		42		
13	<p><b>Oftalmoscop</b></p> <p><u>Specificatii tehnice minime solicitate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oftalmoscop cu fibra optica, cu sursa de lumina LED</li> <li>- Magnificare in 3 trepte</li> </ul>		39		
14	<p><b>Cântar pentru nou-născuți</b></p> <p><u>Specificatii tehnice minime solicitate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Display LCD pentru afisarea valorilor</li> <li>- Functia de aducere la valoarea "Zero"</li> <li>- Functia "Tare"</li> <li>- Capacitate: 20 kg</li> </ul>		47		
15	<p><b>Masă ginecologică</b></p> <p><u>Specificatii tehnice minime solicitate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Structura din otel</li> <li>- Spatar si parte anterioara reglabile</li> </ul>		16		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suprafata captusita din material plastic lavabil</li> <li>- Prevazut cu o pereche de suporturi anatomice capitonate, reglabile pe inaltime</li> <li>- Bol din otel inoxidabil</li> <li>- Dimensiuni: 180x60x70 cm H</li> <li>- Suport pentru rola hartie</li> </ul>				
16	<p><b>Dulap instrumente</b></p> <p><u>Specificatii tehnice minime solicitate:</u></p> <p>Cadru: otel  Culoare: alb  Dimensiuni: (Lxlxh) 900*400*1800mm  Mimim 4 polite  Prevazut cu 2 usi din sticla si incuietoare</p>		36		
17	<p><b>Canapea examinare</b></p> <p><u>Specificatii tehnice minime solicitate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Canapea de examinare cu 2 sectiuni</li> <li>- Structura realizata din otel</li> <li>- Spatar reglabil</li> <li>- Saltea realizata din material plastic lavabil</li> <li>- Dimensiuni minime: 180x60x70 cm H</li> </ul> <p>Include suport pentru rola hartie</p>		34		
18	<p><b>Masă consult sugari</b></p> <p><u>Specificatii tehnice minime solicitate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 blaturi:</li> <li>- Blat superior, cu saltea si pereti de protectie, cu tapiterie din piele ecologica, diverse culori;</li> <li>- Blat inferior, tip placa, cu tapiterie din piele ecologica, diverse culori;</li> </ul> <p>cadru metalic, vopsit electrostatic,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Picioare inox;</li> <li>- Structura demontabila;</li> <li>- Dimensiuni: 90 x 55 x 80 (h) cm.</li> </ul>		31		

19	<b>Canapea examinare pentru copii</b>		26		
----	---------------------------------------	--	----	--	--

\*NOTA: se solicita garantie minima de 12 luni pentru fiecare echipament/produs, exceptie ecograful portabil pentru care se va acorda garantie extinsa pana la 36 luni

Se vor include fotografiile cu titlu de prezentare

Se va indica producatorul fiecarui echipament/produs